

## PERGUNTA

Boa tarde,

Necessitamos para podermos fazer o orçamento com clareza das informações dos seguintes itens da planilha orçamentária:

16. 10.	PAINEL/RÉGUA MEDICINAL LEITO HOSPITALAR	UN	3,00
16. 11.	PAINEL/RÉGUA MEDICINAL UTI HOSPITALAR	UN	2,00

- fabricante e modelo de referência?

2. 2.	FOCO CIRUGICO DE TETO COM DUAS CUPULAS	UN	2
-------	--	----	---

-fabricante e modelo de referência?

Com as informações contidas na planilha e até mesmo no memorial descritivo não se têm condições de fazer a cotação dos equipamentos acima.

Att.,

**Vinicius P. Farias**

**Engº Civil CREA-RS 213313**

---

## RESPOSTA

Bom dia,

Conforme informado pela Seção Técnica da CRO/3, o esclarecimento às perguntas formuladas por essa empresa é o seguinte:

Em relação aos itens:

16. 10.	PAINEL/RÉGUA MEDICINAL LEITO HOSPITALAR	UN	3,00
16. 11.	PAINEL/RÉGUA MEDICINAL UTI HOSPITALAR	UN	2,00

O material deverá ser de um fabricante que em suas especificações atenda o previsto no item 8.26.3 Materiais das Especificações Técnicas constantes do Projeto Básico.

“- Painel tipo leito e tipo UTI para gases medicinais conforme NBR-12188, NBR 11906 e NBR 15334.”

Em relação ao item:

2. 2. FOCO CIRURGICO DE TETO COM DUAS CUPULAS UN 2

Pode ser utilizado como referência o Foco Cirúrgico Teto 2 cúpulas 3x3, sem emergência FL-2000 T3x3 – Marca Medpej ou similar.

Att  
Seção de Licitações e Contratos da CRO/3